

Poznań, 24.02.2024 roku

Dotyczy: **Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla wszystkich jednostek szpitala USK –gazy medyczne i techniczne, wraz z dwukrotnym przeglądem instalacji sieci gazów medycznych**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **DZP/10/2025**

Zamawiający, **UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU**, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Zadanie nr 1, Pakiet nr 1, Lp. 2 i 3.

Upzejmie prosimy Zamawiającego o podanie liczby punktów poboru w wymienionych lokalizacjach Szpitala.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Długa ½. O2 302, N2O 11, AIR 212, VAC 304, CO2 1. łącznie 830

Szamarzewskiego 84. O2 350, N2O 0, AIR 192, VAC 351, CO2 12. łącznie 905

Pytanie nr 2 : Zadanie nr 1, Pakiet nr 1, Lp. 4.

Czy Zamawiający miał na myśli tlen medyczny w butlach stalowych o pojemności 10l i zawartości gazu w butli 1,6 m3 przy ciśnieniu 150 bar?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 3: Zadanie nr 1, Pakiet nr 1, Lp. 5.

Czy Zamawiający miał na myśli tlen medyczny w butlach stalowych o pojemności 40l i zawartości gazu w butli 6,4 m3 przy ciśnieniu 150 bar?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 4 : Zadanie nr 4, Pakiet nr 4, Lp. 1.

Czy w celu zapewnienia lepszej mobilności oraz zwiększenia komfortu użytkowania Zamawiający wymaga aby waga pełnej butli z tlenem poj. 2l aluminiowej (LIV) ze zintegrowanym zaworem nie przekraczała 4kg, co zostało potwierdzone dokumentacją niezależnej akredytowanej jednostki badawczej lub technicznej, którą należy dołączyć do oferty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 5 : Zadanie nr 5, Pakiet nr 5, Lp. 1

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia miał na myśli butle o pojemności 10l z medycznym tlenkiem azotu o stężeniu 800ppm, rozpuszczonym w azocie, o ciśnienie napełnienia 155 bar z zaworem posiadającym moduł podczerwieni do komunikacji z dedykowanym urządzeniem do podaży tlenu azotu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 6: Zadanie nr 7, Pakiet nr 5, Lp. 1

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia ma na myśli urządzenie do podaży tlenu azotu, które:

- umożliwia dostarczanie pacjentowi wziewnego tlenu azotu przez ramię wdechowe obwodu oddechowego respiratora, w sposób zapewniający stałe stężenie wdychanego NO ustawione przez użytkownika.
- Urządzenie zapewnia nieprzerwane, zintegrowane monitorowanie wdychanego O₂, NO₂ oraz NO oraz kompleksowy system alarmów.
- Urządzenie wykorzystuje jeden, uniwersalny moduł wstrzykiwacza badający przepływ gazu z respiratora i podający na tej podstawie zsynchronizowaną i proporcjonalną dawkę tlenu azotu (NO).
- Urządzenie wyposażone jest w akumulator zapewniający do sześciu godzin nieprzerwanego dostarczania NO przy braku zewnętrznego źródła zasilania.
- Urządzenie posiada wbudowany system awaryjny, oraz drugi, pneumatyczny, niezależny system podawania do zastosowania na krótki czas lub w transporcie pacjenta.
- Urządzenie posiada certyfikaty zgodności z normami UE do zastosowania w ambulansach.
- Urządzenie posiada moduł podczerwieni rozpoznający stężenie gazu w butli oraz datę ważności gazu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: **Tak**

Pytanie nr 7 : WZÓR UMOWY §1 Przedmiot Umowy, pkt 1.

Czy poprzez stwierdzenie „dwukrotny przegląd sieci instalacji sieci gazów medycznych”

Zamawiający ma na myśli przegląd dokonany dwa razy, w danej lokalizacji, w ciągu roku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: **Zamawiający miał na myśli wykonanie jednego przeglądu w roku na ul. Szamarzewskiego 84 oraz jednego przeglądu na ul. Długa ½. Razem dwa przeglądy**

Pytanie nr 8 : Podpisanie umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.