

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Zygmunta Starego 20

44-100 Gliwice

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Akcesoria do urządzeń medycznych oraz drobny sprzęt medyczny.

Numer referencyjny: 10-P-25

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na „Akcesoria do urządzeń medycznych oraz drobny sprzęt medyczny” prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące Pakietu nr 2 - Kleszczyki chwytające, kompatybilne z Wolf.

Pytanie nr 1 - Punkt 2 Nożyczki półgiętkie do URS, końcówka micro, dł. robocza 600mm +/- 50mm, w zestawie wkład i uchwyt, autoklawowalne.

Producent Richard Wolf nie posiada w ofercie micro nożyczek do URS o długości 600mm +/- 50mm, jedynie dwuczęściowe micro nożyczki do cystoskopii i histeroskopii o długości 340mm i średnicy 5Fr. W związku z powyższym prosimy o wyłączenie z pakietu 2 micro nożyczek do URS.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pozycji nr 2 z pakietu nr 2

Pytanie nr 2

Pytanie 1 Pakiet 8 Pozycja 3

Czy chodzi o same odprowadzenia ?

Pytanie 2 Pakiet 8 Pozycja 13

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu.

Pytanie 3 Pakiet 8 Pozycja 15

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu.

Pytanie 4 Pakiet 8 Pozycja 18

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Pytanie 5 Pakiet 8 Pozycja 22

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Pytanie 6 Pakiet 8 Pozycja 24

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Pytanie 7 Pakiet 8 Pozycja 25

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu.

Pytanie 8 Pakiet 8 Pozycja 29

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Pytanie 9 Pakiet 8 Pozycja 30

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Pytanie 10 Pakiet 8 Pozycja 30

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji ile odprowadzeń ma mieć kabel.

Pytanie 11 Pakiet 8 Pozycja 32

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru

katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Pytanie 12 Pakiet 8 Pozycja 34

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu.

Pytanie 13 Pakiet 8 Pozycja 35

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Pytanie 14 Pakiet 8 Pozycja 36

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu.

Pytanie 15 Pakiet 8 Pozycja 37

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Pytanie 16 Pakiet 8 Pozycja 40

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Pytanie 17 Pakiet 8 Pozycja 43

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Pytanie 18 Pakiet 8 Pozycja 44

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu.

Pytanie 19 Pakiet 8 Pozycja 45

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Pytanie 20 Pakiet 8 Pozycja 46

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu.

Pytanie 21 Pakiet 8 Pozycja 65

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru

katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Pytanie 22 Pakiet 8 Pozycja 66

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Pytanie 23 Pakiet 8 Pozycja 67

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Pytanie 24 Pakiet 8 Pozycja 68

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Pytanie 25 Pakiet 8 Pozycja 69

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Pytanie 26 Pakiet 8 Pozycja 9,31,63,64

Prosimy o wydzielenie z pakietu 8 pozycji 9,31,63,64 do osobnego pakietu. Umożliwi to nam i innym dostawcom złożenie oferty w atrakcyjnej cenie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

pytanie 1 - tak, analogicznie jak w poz. 11, 17, 18, 21, 23, 30, 38

pytanie 2-25 - parametry opisane umożliwiają dopasowanie odpowiedniego asortymentu

pytanie 26 - Zamawiający nie wyraża zgody, nie ma technicznej możliwości wydzielenia pozycji do osobnego pakietu

Pytanie nr 3

Pakiet 8

1. poz. 7 czy chodzi o czujnik Nellcor Oximax czy Nellcor Non Oximax?
2. poz. 31 prosimy o określenie typu złącza od strony monitora - prostokątne 11 pin czy Rainbow 20 pin?
3. Poz. 39, 40 czy chodzi o czujnik i kabel SpO2 w technologii Philips Fast (Nellcor) czy Masimo?
4. poz. 57 czy chodzi o złączke male bayonet?
5. poz. 61 czy chodzi o czujnik ze złączem jack czy ze złączem prostokątnym 11 pin?

6. poz. 69 prosimy o podanie modelu defibrylatora Schiller

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Nellcor Non Oximax
2. Prostokątne 11 pin
3. Masimo Rainbow
4. BP12 - wersja z tworzywa sztucznego, czyli male bayonet
5. Prostokątne 11 pin
6. PA-1

Pytanie nr 4

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni liczby planowanych do realizacji dostaw, a Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego z tego tytułu żadne roszczenia, przy czym minimalna wartość wykorzystania Umowy zostaje ustalona na 70% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1."

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze".

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez pisemnej zgody Zamawiającego. W szczególności Zamawiający nie wyraża zgody, aby wierzytelności wynikające z umowy były

przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy wobec osób trzecich (np. z tytułu umowy kredytowej, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego z osobą trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela (art. 518 KC), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej takie skutki. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić."

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"...Zamawiający powiadamia o tym Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków/wymiany wadliwego wyrobu w terminie do 7 dni od daty uznania reklamacji za zasadną pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy. Adnotacja o wadach winna być zawierana w protokole zdawczo-odbiorczym potwierdzającym odbiór danej części, która nie jest wadliwa."

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"wymiany na nowy wolny od wad na własny koszt i ryzyko
- w terminie do 10 dni od daty uznania reklamacji za zasadną."

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 2% na 1%?

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy/pakietu określonego w § 4 ust. 1."

Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"Zamawiający, niezależnie od uprawnień o których mowa w § 6 oraz w ust. 1 powyżej, jest uprawniony do nabycia u osoby trzeciej niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą Wyrobów będących przedmiotem danego zamówienia częściowego, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, a Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną jednostkową wynikającą z Zestawienia, a ceną zapłaconą pomiotowi trzeciemu."

Pytanie 9

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitej wartości brutto zamówienia określonej w § 4 ust. 1.

Pytanie 10

Dotyczy pakietu nr 6

Prosimy o wydzielenie akcesoriów do Pentax (poz. 1-9) i do Fujinon (poz. 10-14) do oddzielnych pakietów np. 6A i 6B - obie firmy obsługują bowiem różni dystrybutorzy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający wyraża zgodę za zmianę do 50%
2. Zamawiający nie wyraża zgody
3. Zamawiający nie wyraża zgody
4. Zamawiający nie wyraża zgody
5. Zamawiający nie wyraża zgody
6. Zamawiający nie wyraża zgody
7. Zamawiający nie wyraża zgody
8. Zamawiający nie wyraża zgody
9. Zamawiający wyraża zgodę
10. Zamawiający nie wyraża zgody, nie ma technicznej możliwości wydzielenia pozycji do osobnego

pakietu

Pytanie nr 5

1. Pakiet 8, punkt 14

Czy zamawiający może udzielić informacji w jakiej technologii pracuje czujnik SpO2?

2. Pakiet, punkt 15

Czy zamawiający może udzielić informacji czy przewód główny jest podłączony bezpośrednio do modułu, czy przez przewód multimed?

3. Pakiet 8, punkt 24

Czy zamawiający może potwierdzić czy wszystkie wpisane kardiomonytory są w standardzie AAMI?

Czy Zamawiający poda aktualnie używane nr REF w trzech kardiomonitorach?

4. Pakiet 8, punkt 57

Czy zamawiający może określić typ konektora lub zamieścić zdjęcie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Technologia Draeger

2. Przewód główny jest podłączony bezpośrednio do modułu

3. Kardiomonytory UTAS oraz MEC 1000 mają złącze 6 pinowe AAMI, w przypadku BLT Q7 złącze jest inne:



4. BP12 - wersja z tworzywa sztucznego

Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, iż w dniu 2025-03-11 publikuje aktualizację załączników Zestawienie asortymentowo-cenowe oraz Istotne postanowienia umowy.