

Bytom dnia: 2020-09-21

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-09-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę Aparatu RTG dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

1. ad.13. Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej przy parametrach punktowanych. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający miał na myśli "≥ +/- 17 cm - 10 pkt, < +/- 17 cm - 0 pkt".

Odpowiedź Zamawiającego:

Zmodyfikowany Załącznik A do SIWZ zostanie zamieszczony na stronie internetowej szpitala.

2. ad. 113. Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający miał na myśli "≤ 1,7 kg - 10 pkt, > 1,7 kg - 0 pkt"

Odpowiedź Zamawiającego:

Zmodyfikowany Załącznik A do SIWZ zostanie zamieszczony na stronie internetowej szpitala.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego