



## REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Sekretariat tel. 12 261 88 20, fax. 12 261 88 22, email: sekretariat@rckik.krakow.pl

Kraków, dnia: 2024-03-28

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa pojemników na krew i jej składniki.

Numer referencyjny: ZP-06/2024

### WYJAŚNIENIA, ZMIANA OGŁOSZENIA I TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

#### Zadanie nr 2

Pytanie 1 – OPZ pkt 3

Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki z następującymi długościami drenów: 15 cm od pojemnika do rozgałęzienia, za rozgałęzieniem 10 cm, za kolejnym rozgałęzieniem 20 cm ?

**Stanowisko Zamawiającego:**

Długość drenu od pojemnika do rozgałęzienia nie mniej niż 40 cm.

Pytanie 2 – OPZ pkt 4c

Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki pakowane w kartonie transportowym po 40 zestawów pakowanych indywidualnie w folię przeźroczystą?

**Stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający zaakceptuje kartony transportowe pakowane do 40 zestawów/karton i dokonuje w tym zakresie korekty OPZ.

Pytanie 3 – OPZ pkt 4d i 5

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza również na kartonie transportowym oraz na opakowaniu indywidualnym stosowanie piktogramów zamiast informacji słownych w języku polskim? Do każdego kartonu dołączana jest instrukcja w języku polskim gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów.

**Stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, by opis z informacjami w języku polskim znajdował się na dołączonej do kartonu czytelnej instrukcji postępowania wraz z piktogramami.

Pytanie 4 – OPZ

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający zaakceptuje oświadczenie Wytwórcy o spełnieniu wymagań Farmakopei Europejskiej dołączone do certyfikatu serii przy dostawie?

**Stanowisko Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający zaakceptuje załączone oświadczenie Wytwórcy o spełnieniu wymagań Farmakopei Europejskiej.

**Zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6**

Pytanie 4 - OPZ pkt 11

Prosimy o potwierdzenie do których zadań w zakresie pojemników pustych transferowych Zamawiający wymaga próbek tj. czy Zamawiający wymaga 1 sztuki próbki tylko do Zadania nr 3 tj. pojemników 600 ml?

**Stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że wymóg złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci próbek dotyczy wszystkich zadań. Zamawiający informuje o zmianie zapisów SWZ w roz. XIII – Przedmiotowe środki dowodowe oraz w roz. XVI – Opis sposobu przygotowania ofert.

**Zadanie nr 2, 3, 4, 5, 6**

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza temperaturę przechowywania pojemników w zakresie 25° – 30° tzn. nie mniej niż do 30°C ?

**Stanowisko Zamawiającego:**

Temperatura przechowywania dla zadania nr 2, 3, 4, 5, 6 przedmiotu zamówienia nie mniej niż do 30°C.

**Zamawiający informuje o zmianie zapisów OPZ i SWZ w zakresie obowiązku złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci próbek, tj. w SWZ w roz. XIII – Przedmiotowe środki dowodowe oraz w roz. XVI – Opis sposobu przygotowania ofert.**

Zamawiający zamieszcza uaktualniony SWZ oraz OPZ tj. pliki:

„ZP-06-2024 - SWZ - pojemniki na krew — 20240327”,

„zał. 1 do SWZ 06-2024 - Opis Przedmiotu Zamówienia 20240327”.