

Bytom dnia: 2021-07-29

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Dostawa Specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **22/22PN/2021**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 14

Pakiet 81 poz 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie do jakiego respiratora ma być filtr wdechowy wielorazowy ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, iż wymaga asortymentu do Respirator PURITAN –BENNET seria 700.**

Pakiet 81 poz 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie do jakiego respiratora ma być filtr wydechowy wielorazowy ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, iż wymaga asortymentu do Respirator PURITAN –BENNET seria 700.**

Pakiet 90 poz 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy czujnik wielorazowy ma być w technologii Nellcor oraz dla jakiej grupy pacjentów ma być dedykowany dorosłych >40kg czy dzieci >1kg ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga czujnika Nellcor dla noworodków.**

Pakiet 121 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o typie filtracji hydrofobowej, mechanicznej o skuteczności przeciwbakteryjnej  $\geq 99,9999\%$ , przeciwwirusowej  $> 99,9999\%$ , skuteczność filtracji wg NaCl  $\geq 99,74\%$ , o wadze 39g, przestrzeni martwej 66ml, o objętości oddechowej 200-1500mm (informacja na temat objętości oddechowej umieszczona jest na każdym jednostkowym opakowaniu filtra), posiadającego standardowe złącze 22F/15M-22M/15F.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

W imieniu Zamawiającego

