



Znak sprawy: ZP.054. 2020

Warszawa, dnia 15.10.2020r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ (01)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu Narodowego Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) udzielamy wyjaśnień oraz dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa systemu infuzyjnego z wyposażeniem”

1. Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Dot. poz. 6

Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji prosimy zamawiającego do dopuszczenia systemu infuzyjnego złożonego z:

- pomp infuzyjnych strzykawkowych – 140 szt.;
- pomp objętościowych – 50 szt.;
- stacji dokujących – 40 szt.;
- specjalistycznego systemu jezdnego z dwuramiennego oraz podstawą stabilizującą dedykowaną do dużych obciążeń walidowaną przez producenta do utrzymania stacji dokujących wraz z wyposażeniem – 26 szt.;

Odpowiedź

Zamawiający dopuści taki system infuzyjny.

Pytanie 2

Dot. poz. 7

Czy zamawiający mógłby doprecyzować pompy mocowane w modułowych systemach dokujących ?

Odpowiedź

Pompy mocowane w stacjach dokujących zbudowanych z modułów z możliwością zmiany ich konfiguracji.

Pytanie 3

Dot. poz. 8

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843; dalej: „ustawa pzp”), zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; dalej: „siwz”, w poniższym zakresie:

Zamawiający w pkt. 8 (Wymagania ogólne systemu infuzyjnego) Załącznika nr 2 do SIWZ/Załącznik nr 2 do Umowy, określił wymaganie w postaci: „... Wszystkie dostarczone pompy infuzyjne strzykawkowe i objętościowe mają mieć możliwość zamocowania w stacjach dokujących posiadanych przez Narodowy Instytut Kardiologii oraz wymieniać wszystkie dane o infuzji z oprogramowaniem systemu nadzoru pacjenta Smart.”

1. Mając powyższe na względzie powyższe oraz fakt, że przedmiotem zamówienia jest 140 sztuk pomp strzykawkowych, 50 sztuk pomp objętościowych, 40 sztuk stacji dokujących oraz 26 sztuk wózków jezdnych do zamocowania stacji dokujących, jaką ilość pomp strzykawkowych, objętościowych oraz stacji dokujących pomijając przedmiot zamówienia, aktualnie dysponuje Zamawiający?
2. W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą, montażem i szkoleniem personelu 140 sztuk pomp strzykawkowych, 50 sztuk pomp objętościowych, 40 sztuk stacji dokujących, 26 sztuk wózków jezdnych do zamocowania stacji dokujących oraz wymaganiem, aby wszystkie oferowane pompy muszą mieć możliwość zamocowania w stacjach dokujących posiadanych przez Narodowy Instytut Kardiologii oraz wymieniać wszystkie dane o infuzji z oprogramowaniem systemu nadzoru pacjenta Smart, wnosimy o wyjaśnienie czy system nadzoru pacjenta Smart, jest własnością Zamawiającego?

Mając na względzie fakt, że jedynym podmiotem mogącym spełnić wymaganie z pkt. 8 Załącznika nr 2 do SIWZ, jest Becton Dickinson w postaci lokalnego dystrybutora, czy Zamawiający dopuści inne rozwiązania, jak powyżej

Odpowiedź

Ad.1. Zamawiający dysponuje pompami strzykawkowymi Alaris GH plus w ilości 528 szt., pompami objętościowymi Alaris GP plus w ilości 73 szt., stacjami dokującymi Alaris Gateway Workstation w ilości 34 szt. i Alaris Docking Station w ilości 24 szt.

Ad.2. System nadzoru pacjenta Smart Infusion Manager w wersji 1.2 jest własnością Zamawiającego.

Zamawiający oczekuje zaproponowanie/zaoferowanie rozwiązania umożliwiającego powiększenie obecnego stanu posiadania pomp bez wprowadzania niedogodności wynikających z niekompatybilności mocowania, zasilania, komunikacji itp.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Pytanie 4

Dot. poz. 9

Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji prosimy zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości pomy strzykawkowe z zasilaniem 100-240V, 50/60Hz ze sprawnym uziemieniem ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza takie i każde inne rozwiązanie (zakres napięć), które zagwarantuje zasilanie pomp z sieci funkcjonującej w RP tj. 230V 50Hz.

Pytanie 5

Dot. poz. 27

Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji prosimy zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy infuzyjnej pompy strzykawkową z klasą wodoszczelności IP22

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Dot. poz. 32

Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji prosimy zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy strzykawkowe pompy infuzyjnej z możliwością ustawienia wypełnienia w zakresie 250-1200 ml/h

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pomp z takim parametrem.

Pytanie 7

Dot. poz. 39

Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji prosimy zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy strzykawkowej pompy infuzyjnej alarmem okluzji nie mniejszym niż 50-900mmHg ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pomp z takim parametrem.

Pytanie 8

Dot. poz. 42

Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji prosimy zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy strzykawkowe pompy infuzyjnej z bolusem bezpośrednim (ręcznym) z prędkością 50-1200ml/h oraz bolusem programowanym (dawka lub objętość /czas) 0,1-99,9ml/h 0,01-9999 jedn. / 1s-24h

Odpowiedź

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie 9

Dot. poz. 46

Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji prosimy zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy strzykawkowe pompy infuzyjnej z

- Infuzją zaprogramowaną wg objętości lub dawki w przedziale czasu
- Infuzji z ograniczaniem podawanej dawki lub objętości
- Infuzja z zaprogramowaną prędkością do podania

Odpowiedź

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie 10

Dot. poz. 47

Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji prosimy zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy strzykawkowej pompy infuzyjnej z możliwością wyświetlania na ekranie LCD informacji o trwaniu i czasie do końca infuzji, nazwie leku, objętości podanej/do podania, ciśnieniu w linii, stanie

akumulatora oraz rodzajem alarmów wyświetlanych zamiast na wyświetlaczu LCD na diodach umieszczonych pod wyświetlaczem

Odpowiedź

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie 11

Dot. poz. 49

Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji prosimy zamawiającego o doprecyzowanie rodzaj oraz charakterystykę interfejsu komunikacyjnego współpracującymi ze stacjami dokującymi w NIK ?

Odpowiedź

Interfejs komunikacyjny IrDA umożliwiający zdalne monitorowanie pracy pompy przez system centralnego monitorowania lub system komputerowy.

Parametry interfejsu IrDA: prędkość transmisji - 115,2 kbit/s; bity początku transmisji - 1 bit; bity danych - 8 bitów; parzystość - brak parzystości; bity zatrzymania transmisji - 1 bit.

Pytanie 12

Dot. poz. 60

Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji prosimy zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy infuzyjnej pompy objętościowej z klasą wodoszczelności IP22

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Dot. poz. 68

Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji prosimy zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy infuzyjnej pompy objętościowej dokładnością dozowania +/- 5% a nawet lepszą w większości sytuacji klinicznych

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pomp z takim parametrem.

Pytanie 14

Dot. poz. 75

Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji prosimy zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy infuzyjnej pompy objętościowej z możliwością napełnienia z prędkością 1500ml/h oraz z możliwością wypełnienia drenu do maksymalnie 30ml. Po 30ml należy zwolnić przycisk i nacisnąć ponownie w celu ponownego wypełnienia

Odpowiedź

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie 15

Dot. poz. 76

Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji prosimy zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy infuzyjnej pompy objętościowej z alarmem okluzji nie mniejszym niż od 50 – 750mmHg

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pomp z takim parametrem.

Pytanie 16

Dot. poz. 79

Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji prosimy zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy infuzyjnej pompy objętościowej z funkcją KVO programowaną w zakresie od 1-20ml/h z możliwością wyłączenia

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pomp z takim parametrem.

Pytanie 17

Dot. poz. 85

Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji prosimy zamawiającego o doprecyzowanie rodzaj oraz charakterystykę interfejsu komunikacyjnego współpracującymi ze stacjami dokującymi w NIK

Odpowiedź

Interfejs komunikacyjny IrDA umożliwiający zdalne monitorowanie pracy pompy przez system centralnego monitorowania lub system komputerowy.

Parametry interfejsu IrDA: prędkość transmisji - 115,2 kbit/s; bity początku transmisji - 1 bit; bity danych - 8 bitów; parzystość - brak parzystości; bity zatrzymania transmisji - 1 bit.

Pytanie 18**Dot. poz. 90**

Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji prosimy o doprecyzowanie w określeniu specjalnie dedykowanym przez producenta systemie jezdny (wózku). Ze względów bezpieczeństwa Zamawiający nie jest zainteresowany montażem stacji na statywie jezdny.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zaoferowania systemu jeznego, akceptowanego przez producenta pomp, pozwalającego na zamocowanie stacji dokującej z pełnym obciążeniem w postaci pomp, strzykawk, leków, płynów itp. , gwarantującego bezpieczną stabilność podczas przemieszczania się takiego zestawu i obsługi pomp.

Pytanie 19**Dot. poz. 90**

Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji prosimy zamawiającego do dopuszczenie

- 26 szt. stacji zainstalowanych na specjalnie dedykowanym przez producenta specjalistycznym systemie jezdny, dwuramiennym oraz podstawą stabilizującą dedykowaną do dużych obciążeń walidowana przez producenta do utrzymania stacji dokujących wraz z wyposażeniem
- Zainstalowanie na stanowiskach pacjenta - 14 sztuk – stacji dokujących umożliwiających zainstalowanie przynajmniej 7 pomp, w tym minimum jednej objętościowej i minimum pięciu strzykawkowych
- Pozostałe stacje montowane będą do szyny płaskiej lub masztów na kolumnach lub przy panelach naściennych
- Montaż stacji dokujących na wyznaczonych stanowiskach pacjenta przez Wykonawcę.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany zapisu w poz. 90 w Załączniku Nr 2 do SIWZ. W załączeniu obowiązujący Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Pytanie 20**Dot. poz. 91**

Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji prosimy zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy infuzyjnej pompy objętościowej z klasą wodoszczelności IP22

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21**Dot. poz. 92**

Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji prosimy zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy stacje dokującą bez dodatkowego wyposażenia w wieszak na płyny lub worki infuzyjne.

Odpowiedź

Zamawiający precyzuje zapis w poz. 92. Dostarczony wieszak ma być zamocowany przy stacji dokującej, ale nie musi być jej integralną częścią.

Pytanie 22**Dot. poz. 112**

Mając na uwadze jak najlepsze kwalifikacje i kompetencje do przeprowadzenia prac serwisowych po okresie gwarancyjnym czy zamawiający dopuści możliwość kolejnych odpłatnych certyfikacji personelu technicznego co 3 lata. Producent wystawia imienny certyfikat tylko na 3 lata zgodnie z polityką zapewniania jak najlepsze i najnowsze standardy serwisowe które później wpływają na bezpieczeństwo stosowania w/w przedmiotu zamówienia

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23**Dot. poz. 120**

Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji prosimy zamawiającego o dopuszczenie możliwości udostępniania urządzenia zastępczego na czas naprawy trwającej dłużej niż 5 dni.

Odpowiedź

Zamawiający przychyli się i zmienia zapis w poz. 120 w Załączniku Nr 2 do SIWZ. W załączeniu obowiązujący Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Pytanie 24**Dot. poz. 125**

Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji prosimy zamawiającego o dopuszczenie podjęcia czynności naprawczych w ciągu 72h od otrzymania zgłoszenia.

Odpowiedź

Zamawiający przychyli się i zmienia zapis w poz. 125 w Załączniku Nr 2 do SIWZ. W załączeniu obowiązujący Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Pytanie 25**Dot. pkt 5 SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu dostawy systemu infuzyjnego do dnia 28 lutego 2021 r?

Przesunięcie terminu dostawy umożliwiłoby dostarczenie najnowszego modelu pomp, które na początku roku 2021 zastąpią obecny model.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu dostawy do dnia 28.02.2021. Jednocześnie Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w SIWZ, Załączniku Nr 1 do SIWZ –Formularz Oferty, Załączniku Nr 6 do SIWZ- Wzór umowy oraz w Ogłoszeniu o Zamówieniu.

Pytanie 26**Dot. poz. 29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy strzykawkowej, która w swoim menu posiada wybór 39 typów strzykawek różnych producentów, gdzie przy zastosowaniu strzykawki Mergomed należy wybrać z menu strzykawkę o innej nazwie, ale odpowiadającą parametrom pracy pompy jak przy zastosowaniu strzykawki Margomed?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie 27**Dot. poz. 32**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pomp strzykawkowych z funkcją wypełniania drenu z regulowaną prędkością w zakresie od 100 do 500 ml/godz.?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pomp z takim parametrem.

Pytanie 28**Dot. poz. 68**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pomp objętościowych z dokładnością dozowania +/- 5% ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pomp z takim parametrem.

Pytanie 29**Dot. poz. 125**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu podjęcia czynności naprawczych do 48 godz. w dni robocze, po otrzymaniu zgłoszenia?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź 24.

Pytanie 30**Dot. p. 8.6 3) 1.2 SIWZ**

Czy w przypadku gdy z dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6 3) 1. 2 SIWZ nie będzie wynikał któryś z parametrów technicznych określonych w zał. nr 2 do SIWZ Zamawiający zgodzi się na potwierdzenie, że dany parametr spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w formie oświadczenia producenta?

Odpowiedź

Zamawiający zgodzi się na potwierdzenie, w formie pisemnego oświadczenia producenta, że dany parametr spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający dokonuje w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu następujących zmian:

W SIWZ pierwotnym jest:	W SIWZ powinno być:
<u>Rozdz. 5. Termin wykonania zamówienia</u>	<u>Rozdz. 5. Termin wykonania zamówienia</u>
5.1 Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do dnia 10.12.2020r.	5.1 Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do dnia 28.02.2021r.
<u>Rozdz. 16. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert</u>	<u>Rozdz. 16. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert</u>
16.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/ , zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15 SIWZ, do dnia 2020-10-23 do godz. 11:00 .	16.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/ , zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15 SIWZ, do dnia 2020-11-02 do godz. 11:00 .
16.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-10-23 o godz. 11:00 , za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.	16.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-11-02 o godz. 11:00 , za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.
W ogłoszeniu pierwotnym jest:	W ogłoszeniu powinno być:
<u>Rozdz. II.2.7)</u> Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Koniec: 10/12/2020 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie	<u>Rozdz. II.2.7)</u> Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Koniec: 28/02/2021 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
<u>Rozdz. IV.2.2)</u> Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 23/10/2020 Czas lokalny: 11:00	<u>Rozdz. IV.2.2)</u> Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 02/11/2020 Czas lokalny: 11:00
<u>Rozdz. IV.2.7)</u> Warunki otwarcia ofert Data: 23/10/2020 Czas lokalny: 11:00 Miejsce: Za pośrednictwem platformy działającej pod adresem (https://e-propublico.pl/).	<u>Rozdz. IV.2.7)</u> Warunki otwarcia ofert Data: 02/11/2020 Czas lokalny: 11:00 Miejsce: Za pośrednictwem platformy działającej pod adresem (https://e-propublico.pl/).

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 12a ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje Urzędowi Publikacji Europejskiej ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu. Po opublikowaniu ogłoszenia zostanie ono zamieszczone na Platformie oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część zmian.

Jednocześnie Zamawiający załącza:

- Załącznik Nr 1 do SIWZ-Formularz oferty-PO ZMIANIE
- Załącznik Nr 2 do SIWZ-Opis Przedmiotu Zamówienia Wymagania Techniczne- PO ZMIANIE
- Załącznik Nr 6 do SIWZ-Wzór umowy- PO ZMIANIE

W imieniu Zamawiającego