

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony na "dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu".

Numer referencyjny: 13/13PN/2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 20**

1. Dotyczy: załącznik nr 06 – Pakiet nr 23. Testy do diagnostyki mikrobiologicznej I – Pozycja nr 2 Czy Zamawiający w opisie zamówienia wymaga następującego testu: Test kasetkowy immunologiczny jakościowy do jednoczesnego wykrywania i różnicowania 5 klas karbapenemaz (KPC,OXA,VIM,IMP,NDM) na jednej płytce testowej, podczas pojedynczej procedury napełniania testu. W składzie opakowania bufor do przygotowania zawiesiny testowej o terminie trwałości otwartej buteleczki równoważnym z terminem ważności kasetek testowych. Metodyka testu zawiera pełną informację o walidacji producenta dla określonej grupy podłoży hodowlanych, z których mogą być wykorzystane kolonie bakteryjne do wykonania testu. Zamawiający wymaga testu, który w metodyce zawiera informacje potwierdzające czułość i swoistość testu metodami PCR. Limit detekcji dla testu do

wykrywania i różnicowania pięciu typów najbardziej rozpowszechnionych karbapenemaz, granica wykrywalności enzymów KPC 600 pg/ml, OXA 300 pg/ml, VIM 300 pg/ml, IMP 200 pg/ml, NDM 150 pg/ml.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, wymagany jest test kasetkowy immunologiczny jakościowy do jednoczesnego wykrywania i różnicowania 5 klas karbapenemaz (KPC,OXA,VIM,IMP,NDM) na jednej płytce testowej.**

2. Dotyczy: załącznik nr 06 – Pakiet nr 23. Testy do diagnostyki mikrobiologicznej I – Pozycja nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza asortymentowo-cenowego o dodatkową pozycję w celu wyceny bulionu niezbędnego do wykonania oznaczenia MIC Kolistyny?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

3. Dotyczy: załącznik nr 06 – Pakiet nr 23. Testy do diagnostyki mikrobiologicznej I – Pozycja nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w poz. 4 (Test do oznaczania MIC wankomycyny/teikoplaniny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie.) testów konfekcjonowanych po 40szt oraz czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza asortymentowo-cenowego o dodatkową pozycję w celu wyceny bulionu niezbędnego do wykonania oznaczenia?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

4. Dotyczy: załącznik nr 06 - Pakiet nr 22. Krążki diagnostyczne– Pozycja nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w poz. 3 (Krążki bibułowe EF do różnicowania szczepów *Enterococcus faecalis* i *Enterococcus faecium*) krążków konfekcjonowanych po 30szt z opcją przeliczenia i zaokrąglenia w dół do 8 lub górę do 9 op.?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

5. Dotyczy: załącznik nr 06 - Pakiet nr 24. Testy do diagnostyki mikrobiologicznej II - Pozycja nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w poz. 1 (Testy do identyfikacji serologicznej paciorkowców gr. A. B. C. D. F. G z kontrolą dodatnią, kartami reakcyjnymi i mieszadełkami, 1 op. do 50 ozn.) testów konfekcjonowanych po 60szt z opcją przeliczenia i zaokrąglenia w dół do 2 lub górę do 3 op?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

6. Dotyczy: załącznik nr 06 - Pakiet nr 24. Testy do diagnostyki mikrobiologicznej II - Pozycja nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w poz. 2 (Lateksowy test aglutynacji w postaci kart z cząsteczkami lateksu do *Staphylococcus aureus* 1 op. 100-150 oznaczeń) testów konfekcjonowanych po 50szt z przeliczeniem na ilość wymaganą przez zamawiającego?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Zamawiający