

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu USG, mikroskopu i myjni dezynfektorów dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 26/26PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2

Dotyczy: OPZ pakiet nr 2

(OPZ p.5) Proponowane rozwiązanie nie uwzględnia fazy mycia. Prawidłowy cykl zapewniający bezpieczeństwo naczyń mus się składać zarówno z mycia jak i dezynfekcji, w jednym, nierozłącznym cyklu. Wnosimy o wprowadzenie wymogu mycia i dezynfekcji minimum 2 basenów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający ma zamiar zakupić myjnie do kacek i basenów. W pkt. 1 opisuje iż jest to urządzenie do „mycia i dezynfekcji” więc jasne jest przeznaczenie urządzenia.

(OPZ p.6) Proponowane rozwiązanie nie uwzględnia fazy mycia. Prawidłowy cykl zapewniający bezpieczeństwo naczyń mus się składać zarówno z mycia jak i dezynfekcji, w jednym, nierozłącznym cyklu. Wnosimy o wprowadzenie wymogu mycia i dezynfekcji minimum 2 kacek na cykl.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający ma zamiar zakupić myjnie do kacek i basenów. W pkt. 1 opisuje iż jest to

urządzenie do „mycia i dezynfekcji” więc jasne jest przeznaczenie urządzenia

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie gdzie komora i obudowa wykonane są ze stali nierdzewnej a pokrywa z wysokiej jakości tworzywa odpornego na zarysowania i uderzenia a dodatkowo zawierający antybakteryjny składnik podnoszący bezpieczeństwo epidemiologiczne minimalizując ryzyko zakażeń krzyżowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie stawia takiego wymogu.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z automatycznym uruchamianiem cyklu - za pomocą czujnika podczerwieni - zapewniając wygodę i bezpieczeństwo użytkownika w tym eliminowanie ryzyka zakażeń krzyżowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o dopuszczenie do postępowania myjni-dezynfektora z 1 standardowym cyklem mycia który jest fabrycznie zwalidowany i całkowicie skuteczny i zgodny z normami EN15883-1/ EN15883-3

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym zamiast wyświetlacz informującego urządzenie ma niezawodny wyświetlacz LCD połączony informacją za pomocą diód - system jest całkowicie wystarczający dla użytkowników?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o dopuszczenie do postępowania urządzenia o wymiarach zbliżonych do tych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, szerokość: 500 mm; wysokość: 1042 mm; głębokość: 600 mm - takie wymiary tylko nieznacznie odbiegają od podanych .

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjni z okrągłą komorą o głębokości 600mm i szerokości 430mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Wnosimy o dopuszczenie urządzenia o pojemnikach stawianych obok urządzenia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Wnosimy o wykreślenie wymogu stosowania naczyń i chemii różnych producentów. Nieautoryzowane środki mogą prowadzić do uszkodzenia elementów grzejnych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga podania wykazu co najmniej 5 preparatów chemicznych różnych producentów.

Dotyczy: wzór umowy. Wnosimy o dodanie zapisu „Dostawa i montaż urządzeń zostaną poprzedzone pisemnym lub e-mailowym potwierdzeniem przez Zamawiającego gotowości stanowiska do montażu urządzeń. W przypadku stwierdzenia braku gotowości stanowiska podczas dostawy, Zamawiający zostanie obciążony kosztami ponownego przyjazdu technika oraz kosztami roboczogodzin koniecznych do przeprowadzenia montażu. W takim wypadku, termin wykonania montażu ulega wydłużeniu przynajmniej dwukrotnie.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Wnosimy o redukcję kar umownych o 50%. Uzasadnienie wynika z art. 484 k.c. (miarkowanie).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający

