

Suwałki, dnia 23/07/2024r.

L.dz. SZW.DZI.262. 269/38/TP/MN/2024

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 38/TP/MN/2024

Dotyczy: **DOSTAWA LINI KRWI I SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO NA STACJĘ DIALIZ DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytanie 1 Dotyczy Pakiet nr 8 pozycji Lp.2

Ze względu na stały brak w ofercie dializatorów o powierzchni 1,9m-2,0m uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 pozycji Lp.2 dializatorów wysokoprzepływowych, heliksonowych o pow. 1,8m ,sterylizowanych parą wodną ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Dotyczy Pakiet nr 8 pozycji Lp.2

Ze względu na stały brak w ofercie dializatorów o powierzchni 1,9m-2,0m uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 pozycji Lp.2 dializatorów wysokoprzepływowych, heliksonowych 2,2m , sterylizowanych parą wodną ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Dotyczy Pakiet nr 8 pozycji Lp.2

Ze względu na stały brak w ofercie dializatorów o powierzchni 1,9m-2,0m uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 pozycji Lp.2 dializatorów wysokoprzepływowych, heliksonowych o pow. 1,8m oraz 2,2m, sterylizowanych parą wodną , powierzchnie do wyboru dla Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia 2024-07-23 godz. 12:00 na dzień 2024-07-26 godz. 12:00.
- otwarcia ofert, z dnia 2024-07-23 godz. 13:00 na dzień 2024-07-26 godz. 13:00.
- Związania ofertą z dnia 21/08/2024r. na 24/08/2024r.

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92
00http://szpital.suwalki.pl, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
http://szpital.suwalki.pl, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,

NIP: 844-17-86-376, REGON 790319362, nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899

nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899



Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 38/TP/MN/2024 z dnia 12/07/2024r.

Z poważaniem,

Adam Szałanda
DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika w Suwałkach



16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,

NIP: 844-17-86-376, REGON 790319362, nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899

nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899

