

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 15/15PN/2019/25

Bytom dnia: 2019-06-26

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-06-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie - **Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

1. Pakiet 5 pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę i prowadnicę pakowane oddzielnie. Pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

2 . Pakiet 5 pkt.4.

Czy Zamawiający dopuści zamiast igły pencil-point 26 G , igłę typu Atraucano o specjalnym dwupłaszczyznowym szlifie lub igłę typu pencil-point o rozmiarze 27G. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

