

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 16/16/PN/2019/4

Bytom dnia: 2019-07-12

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Upzejmie informujemy, iż w dniu 2019-07-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Dotyczy pakietu 7, poz. 2.

Ze względu na jednostkę handlową, jaką dla tego produktu (głowice) jest opakowanie zawierające 20 szt., prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 2 op., czyli 40 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu 7, poz. 3.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał w pozycji nr 3 pełnego zakresu rozmiaru maseczek, czyli S, M, L oraz 4, 5, 6 dla noworodków o masie ciała od 2 do 5 kg., z elastomeru termoplastycznego, jednorazowego użytku o anatomicznym kształcie, zaopatrzone w harmonijkową podstawę, umożliwiającą naturalne ułożenie maski na nosie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający będzie wymagał pełnego asortymentu.

Dotyczy pakietu 24, poz. 1.

W związku z wielkością jednostki handlowej, jaką dla tego asortymentu jest opakowanie zawierające 25 szt., prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie 1 op. = 25 szt.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu 24, poz. 2.

W związku z wielkością jednostki handlowej, jaką dla tego asortymentu jest opakowanie zawierające 25 szt., prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie 2 op. zawierających oczekiwaną ilość sztuk, czyli 50.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu 4, poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie - Silikonowe maski anestetyczne wielorazowego użytku, posiadające elastyczny, miękki i przeźroczysty korpus ułatwiający obserwację pacjenta, anatomiczny kształt pozwalający na stabilny uchwyt oraz oparcie na kciuk – co ułatwia docisk maski do twarzy pacjenta. Maski wyposażone w mankiet uszczelniający w postaci łatwego do czyszczenia elementu rynnowego zapewniającego wysoką szczelność przy jednoczesnym utrzymaniu komfortu pacjenta. Oferowana maska wykonana jest z wysokiej klasy silikonu, odpornego na uszkodzenia podczas wielokrotnych procesów dekontaminacji, nie posiada lateksu ani DEHP, wyposażona jest w łączą 22MM, może być sterylizowana w autoklawie w temp. 134 st. C; występuje w rozmiarach, 1, 2, 3, 4, 5, gdzie rozmiary 1-2 mają okrągły kształt, natomiast 3-5- są anatomicznie uformowane w kształcie kropli.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu 4, poz. 2 .

Prosimy o dopuszczenie - Silikonowa maska anestetyczna wielorazowego użytku, posiadająca elastyczny, miękki i przeźroczysty korpus ułatwiający obserwację pacjenta, anatomiczny kształt pozwalający na stabilny uchwyt oraz oparcie na kciuk – co ułatwia docisk maski do twarzy pacjenta. Maska wyposażona w mankiet uszczelniający w postaci łatwego do czyszczenia elementu rynnowego zapewniającego wysoką szczelność przy jednoczesnym utrzymaniu komfortu pacjenta. Oferowana maska wykonana jest z wysokiej klasy silikonu, odpornego na uszkodzenia podczas wielokrotnych procesów dekontaminacji, nie posiada lateksu ani DEHP, wyposażona jest w łączą 22MM, może być sterylizowana w autoklawie w temp. 134 st. C; maska w rozmiarze „0” noworodkowa posiada okrągły kształt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

