

Bytom dnia: 2023-10-27

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu,"** – znak sprawy 28/28PN/2023.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 13

Dotyczy pakiet 34 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny Filtr hydrofobowy elektrostatyczny; bakteryjno wirusowe z skuteczność p/ bakteryjna 99,99% skuteczność p/ wirusowa 99,99%, proste złącze 22F/ 15M - 22M/ możliwość podłączenia kapnometrii, przestrzeń martwa max 29ml, objętość oddechowa 75ml, waga do 20g, pakowany pojedynczo?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

poz.2 - Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny Filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy, sterylny bądź czysty mikrobiologicznie, elektrostatyczny, skuteczność p/ bakteryjna 99,99%, skuteczność p/ wirusowa 99,99%, złącze, możliwość podłączenia kapnometrii, zatyczka portu kapno na uwięzi lub zakrecania korkiem Luerlock przestrzeń martwa do 75ml, objętość oddechowa minimum 200ml, waga do 35g, pakowany pojedynczo?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

poz.3 - Czy Zamawiający dopuści równoważnie Filtr oddechowy dla dorosłych, elektrostatyczny, skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%, skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%, przestrzeń martwa: 35ml, waga: 22g, objętość oddechowa: 150-1500ml, oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min, złącza: 22M/15F-22F/15M, port do kapnografu zabezpieczony zatyczką, sterylny, op. folia/papier?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zamawiający

