

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony na "dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu".

Numer referencyjny: 13/13PN/2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 17**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w

*sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.*

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, przetarg jest oparty na danych historycznych i tak została opracowana ilość asortymentu przedmiotu zamówienia zawarta w załączniku nr 6 do SWZ. Czasami jednak zmianie ilość i struktura pacjentów co może mieć wpływ na zapotrzebowanie danego producenta.**

**Pytanie nr 3 (dotyczy: pakiet nr 11)**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 11 parafiny granulowanej do histopatologii o dużej przejrzystości, granulowanej o temperaturze topnienia 56-58°C.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 4 (dotyczy: pakiet nr 12)**

Prosimy o dopuszczenie środka do klejenia szkiełek nakrywkowych, używany do nakrywania preparatów histopatologicznych i cytologicznych, szybko schnący (odpowiednik balsamu kanadyjskiego) o parametrach: ciecz bezbarwna o zawartości ksylenu 48 - 53%, bez zawartości polistyrenu, o temperaturze zapłonu 26,7°C, op. 500 ml.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 5 (dotyczy: pakiet nr 14, poz. 1)**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 Hematoksylina Harrisa o zawartości etanolu 3 - 5% i metanolu < 1%.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 6 (dotyczy: pakiet nr 14, poz. 2)**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 Oranżu G o zawartości alkoholu metylowego 50 – 70 %, Glikol etylenowy 15 – 25%.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 7 (dotyczy: pakiet nr 14, poz. 4)**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 barwnika EA36 o zawartości etanolu powyżej 90%.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 8 (dotyczy: pakiet nr 14, poz. 4)**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 barwnika EA36 o zawartości metanolu 30 - 50% i etanolu 30 - 50%.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 9 (dotyczy: pakiet nr 14, poz. 4)**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 barwnika EA50 o zawartości alkoholu metylowego 50 – 70% i glikolu etylenowego 15 - 25%.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 10 (dotyczy: Pakiet nr 26, poz. 4)**

Prosimy o dopuszczenie buforu fosforanowego o pH 6,8 do barwienia metodą Giemsy, w op. 1l o terminie przydatności minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 11 (dotyczy: Pakiet nr 26, poz. 5)**

Prosimy o dopuszczenie odwapniacza materiału biologicznego – szybkiego, zawierającego: kwas solny 13%, polivinylpirolidon 7%, wodę 80%. Opakowanie 1 litr.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 12 (dotyczy: Pakiet nr 26, poz. 5)**

Prosimy o dopuszczenie elektrolitycznego odwapniacza materiału biologicznego, zawierającego: kwas solny 1-3%, kwas mrówkowy 7-10%. Opakowanie 1 litr. Czas odwapniania preparatów o grubości poniżej 5mm: ok. 4-8 godzin.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zamawiający