

Bytom dnia: 2020-01-04

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-12-30 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na na zakup i dostawę Tomografu Komputerowego II dla Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, nr sprawy: 38/38 PN/ 2020.**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pyt. 1 dot. p.7.4, części „wyposażenie dodatkowe”, zał. A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH, PAKIET NR 1 –TOMOGRAF KOMPUTEROWY: Prosimy o dopuszczenie ofert z wstrzykiwaczem kontrastu, cechującym się poniższymi parametrami:

1. Automatyczny trzy kanałowy wstrzykiwacz do podawania środka cieniującego i roztworu NaCl.
2. Podawanie środka kontrastowego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów.
3. Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów – min. 9,1 bar.
4. Prędkości iniekcji kontrastu 0,5ml/s do 9,7 ml/s (co 0,1ml/s)
5. Możliwość wstrzyknięcia dla każdej fazy 1ml-200ml (co 1ml)
6. Automatyczne wypełnianie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl.
7. Automatyczne wykrywanie pęcherzyków powietrza.
8. Rodzaj połączenia strzykawki z konsolą sterującą – przewodowo, kable przeprowadzone w kanałach technicznych pracowni.
9. Konsola sterująca wyposażona w kolorowy panel dotykowy – interfejs w języku polskim.
10. Możliwość tworzenia i zapamiętywania prawie nieograniczonej ilości dedykowanych programów podawania kontrastu i roztworu NaCl (protokołów) – do pojemności 2GB wbudowanej pamięci.
11. Możliwość wprowadzenia w każdym programie 24 sekwencji (faz) (np. różna wielkość natężenia przepływu, przerwa, podawanie NaCl, podanie rozcieńczonego kontrastu)
12. Automatyczne przełączenie kontrastu z pustego na pełen pojemnik.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 2 dot. p.7.4, części „wyposażenie dodatkowe”, zał. A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH, PAKIET NR 1 –TOMOGRAF KOMPUTEROWY: Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga, aby oferowany wstrzykiwacz był urządzeniem typu bezwładowego tj. takim, które nie wymaga przelewania kontrastu do specjalistycznych wkładów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3 dot. p.7.4 części „wyposażenie dodatkowe”, zał. A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH, PAKIET NR 1 –TOMOGRAF KOMPUTEROWY: Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga, aby oferowany wstrzykiwacz posiadał dedykowaną funkcję wyboru rozmiaru wkłucia, indywidualnie dla każdego pacjenta w celu określenia faktycznych przepływów podawanych środków kontrastujących i soli fizjologicznej? Powyższa funkcjonalność zapewnia precyzyjne określenie prędkości przy zmieniających się parametrach fizykochemicznych zarówno dla różnych środków kontrastujących jak i dla różnych rozmiarów stosowanych dostępów żylnych (wenflonów). Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjentów minimalizując ryzyko potencjalnego wynaczynienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4 dot. p.7.4 części „wyposażenie dodatkowe”, zał. A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH, PAKIET NR 1 –TOMOGRAF KOMPUTEROWY: Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w dwie identyczne konsole z możliwością wprowadzania wszystkich parametrów iniekcji zarówno w pokoju badań jak i w sterowni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 5, dot. p.1.2 części „Wymagania ogólne”, zał. A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH, PAKIET NR 1 –TOMOGRAF KOMPUTEROWY: Prosimy o dopuszczenie wstrzykiwacza kontrastu: rok produkcji urządzenia 2020. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania oferowanej przez producenta w dniu składania oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

