

EP.26.81.2024

Warszawa, dnia 11/09/2024 roku.

**ODPOWIEDZI**  
**na zapytania do SWZ**

Dotyczy: postępowania na „**Zakup myjni do narzędzi oraz szafki zlewozmywakowej z wyposażeniem niezbędnym do mycia narzędzi**” – sprawa nr EP/79/2024

**Szanowni Państwo,**

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Zakup myjni do narzędzi oraz szafki zlewozmywakowej z wyposażeniem niezbędnym do mycia narzędzi**” SPRAWA NR EP/79/2024, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn.zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

**Pytanie 1. – Dotyczy zapisów SWZ**

Czy Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 10 Prawa Zamówień Publicznych?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ –pkt. II.8**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w komorę o wymiarach: głębokość: 585mm, szerokość: 560mm, wysokość: 800mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – myjnia - dezynfekator**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach (W x S x G): 1950 x 650 x 720 mm niewiele przekraczających wymagane.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 4. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – myjnia - dezynfekator**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w komorę o wymiarach roboczych (G x S x W): 620 x 550 x 685 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 5. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – myjnia - dezynfekator**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w komorę o pojemności roboczej 234 litry.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 6. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – myjnia - dezynfekator**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w rozwiązanie lepsze od opisanego – kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4 cale.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – myjnia - dezynfekator**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w pompę obiegową dostosowaną do gabarytów urządzenia, o wydajności 600 l / min.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 8. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – myjnia - dezynfekator**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi o pojemności 10 tac DIN z możliwością wyjmowania 3 poziomów lub wózek o pojemności 12 tac DIN z możliwością wyjmowania 4 poziomów.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 9. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – wyposażenie szafki**

Prosimy o dopuszczenie pistoletów innej marki niż zlewozmywak

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 10. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – myjnia ultradźwiękowa**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w możliwość mycia ultradźwiękowego o częstotliwości  $39 \pm 1$  kHz z funkcją zmiany częstotliwości podczas procesu celem osiągnięcia wyższej efektywności.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie 11. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – myjnia ultradźwiękowa**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o mocy szczytowej ultradźwięków 1000 W.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 12. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – myjnia ultradźwiękowa**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością grzania do 70°C.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 13. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – myjnia ultradźwiękowa**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia marki tej samej co myjnia-dezynfektor, innej niż zlewozmywak, który będzie w pełni kompatybilny z myjnią.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o zmianie terminów składania i otwarcia ofert z dnia 13.09.2024 na dzień **16.09.2024** godziny bez zmian, tym samym zmianie ulega termin związania ofertą to jest do dnia 15.10.2024 roku.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.