



# Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, tel. 61 869 1759; e-mail: [dzp@usk.poznan.pl](mailto:dzp@usk.poznan.pl)

Poznań, dnia 30 stycznia 2024 r.

Dotyczy: **Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontroli i kalibratorów dla laboratoriów USK w Poznaniu wraz z dzierżawą analizatorów i innych urządzeń oraz systemów wspomagających.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **DZP/260/2023**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Pytanie nr 1:** Dotyczy CZĘŚCI V PARAMETRY WYMAGANE DLA LOKALIZACJI LABORATORIUM Nr 2 (ul. Szamarzewskiego 84), pkt. A Dzierżawa na okres 36 miesięcy zintegrowanego systemu do oznaczeń z zakresu chemii klinicznej, pkt. 3 CZĘŚĆ ANALITYCZNA, ppkt. 3.1 i 3.3 oraz udzielonych odpowiedzi z dnia 26.01.2024 (pytanie nr 23)

Czy Zamawiający dopuści oraz uzna powyższe warunki za spełnione w przypadku możliwości zaoferowania 2-ch analizatorów / modułów biochemicznych które wspólnie zapewnią wydajność oznaczeń fotometrycznych (bez ISE) - minimum 1700 testów / godz. -bez określenia wymogu wydajności dla pojedynczego analizatora/ modułu?

Odpowiedź na pytanie 23 jeszcze bardziej ogranicza konkurencję, stawiając autorytatywnie warunek wydajności dla jednego analizatora / modułu 1200 a dla drugiego 500 ozn/godz.

Wymagane dwa analizatory / moduły biochemiczne zapewnią całkowitą wydajność modułu ISE min. 1200 ozn./godz.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga wydajności mn. 1700 testów/godz. (bez ISE) spełnionych przez dwa analizatory biochemiczne, bez określania warunku dla wydajności pojedynczego modułu.**

**Pytanie nr 2:** Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 45 z dnia 26 stycznia 2024: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w lokalizacji Grunwaldzka w części analitycznej jednego analizatora immunochemicznego i jednego analizatora biochemicznego?

**Odpowiedź: Zamawiający w lokalizacji ul. Grunwaldzka wymaga zgodnie z CZĘŚĆ III PARAMETRY WYMAGANE DLA LOKALIZACJI CENTRALNE LABORATORIUM ANALITYCZNO-BIOCHEMICZNE, w części analitycznej jednego analizatora biochemicznego i jednego analizatora immunochemicznego zgodnie z opisem w pkt. 3 OPZ.**

**Pytanie nr 3:** Dotyczy odpowiedzi na pytanie 121 z dnia 26 stycznia 2024: Prosimy o zgodę na zaoferowanie materiałów kontrolnych pochodzących od producenta innego, niż producent oprogramowania do analizy wyników kontroli, dla testów ACTH, PCT, Cyklosporyna, Takrolimus, Kalcytonina. Testy te objęte są materiałami jednoparametrowymi producenta, lub niszowymi materiałami wieloparametrowymi, liofilizowanymi, ale nie obejmują ich wieloparametrowe materiały kontrolne konfekcjonowane w probówkach z kodem kreskowym typu "Ładuj i używaj", co w praktyce uniemożliwia któremukolwiek z potencjalnych oferentów otrzymanie punktów za ocenę w kryterium Część I PARAMETRY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH LOKALIZACJI, pkt. 3.2.8.

**Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje zapisów.**

**Pytanie nr 4:** Dotyczy zmodyfikowanego Harmonogramu kontroli wewnętrznej, uwagi pod tabelą:

a) Prosimy o zgodę na zaoferowanie dwupoziomowego materiału kontrolnego dla testu HBsAg.

b) Prosimy o zgodę na zaoferowanie w lokalizacji Szamarzewskiego dwupoziomowych materiałów kontrolnych dla testów wykonywanych w moczu i PMR.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na oba rozwiązania.**

**Pytanie nr 5:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Laptopów o poniższych parametrach „Laptopy o przekątnej ekranu 17,3”, Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 15359 punktów (ocena wg rankingu [https://www.cpubenchmark.net/cpu\\_list.php](https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) z dnia 05.12.2023r.), 16GB RAM DDR4, dysk SSD min. 512GB M.2 NVMe, ekran

60-355 Poznań  
ul. Przybyszewskiego 49

NIP: 779-20-33-466  
REGON: 000288834  
KRS: 0000001852

tel. centrala: +61 869 11 00  
tel. sekretariat: +61 869 12 03  
fax: +61 867 12 32

email: [szpital@usk.poznan.pl](mailto:szpital@usk.poznan.pl)  
WWW: <http://www.skhs.pl>



matowy z podświetleniem LED o rozdzielczości 1920 x 1080, klawiatura z wydzieloną klawiaturą numeryczną, system operacyjny Windows 11 Pro lub równoważny. 3 gniazda USB, dwa USB 3.2, WIFI w standardzie a/b/g/n/ac, złącze HDMI - 1szt., wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon, kamera internetowa, czytnik linii papilarnych, Gwarancja producenta - min. 36 m-cy On Site”?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie nr 6:** Dotyczy części III parametry wymagane dla lokalizacji centralnej laboratorium przy SOR ul. Grunwaldzka 55, Pkt. 1 i 1A (parametry podlegające ocenie):

Czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów wyłącznie jeśli system pre lub pastanalizacyjny będzie posiadał możliwość rozbudowy o moduł tworzący próbki wtórne?

**Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację: CZĘŚĆ III. PARAMETRY WYMAGANE DLA LOKALIZACJI CENTRALNE LABORATORIUM PRZY SOR (ul. Grunwaldzka 55) pkt. 2.2.**