

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowym na „**Dostawę sprzętu medycznego do ciągłej terapii nerkozastępczej, drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, papierów rejestracyjnych oraz pasków testowych do glukometrów do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**” – znak sprawy **Z.II.260.031.Zp.2021**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 4. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby paski do glukometru bez względu na datę otwarcia fiolki zachowywały ważność do daty podanej na opakowaniu i tym samym nie wymagały banderolowania datą otwarcia fiolki ze względu na niespójność daty ważności na opakowaniu z rzeczywistą datą ważności liczoną od momentu otwarcia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 4. Czy Zamawiający dopuści płyny kontrolne o dwóch zakresach (niski i wysoki) w buteleczkach o pojemności 2,5 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 4. Czy zamawiający będzie wymagał aby glukometr wyłączał się automatycznie po 90 sekundach, 15 sekund od wyjęcia testu paskowego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 4. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby pobieranie krwi przez zasysanie odbywało się na całej szerokości paska, dzięki czemu można nanosić kroplę krwi w dowolnym miejscu na końcówce paska testowego, co znacznie ułatwi pracę personelu w placówce?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 4. Czy Zamawiający dopuści paski zawierające dwie fiolki po 50 szt. w każdym opakowaniu (w sumie 100 szt. w opakowaniu)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 4. Czy Zamawiający zgodzi się na podanie ceny jednostkowej za opakowanie, a nie za sztukę (z podaniem ilości sztuk w opakowaniu), przy czym ogólna zaoferowana ilość sztuk będzie zgodna z zapotrzebowaniem Zamawiającego? W przypadku braku zgody prosimy o możliwość podania ceny jednostkowej z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 4. Czy Zamawiający będzie wymagał pasków z polem aplikacji krwi na całej ich szerokości dzięki czemu można nanosić kroplę krwi w dowolnym miejscu na końcówce paska testowego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 4. Czy zamawiający dopuści paski zawierające enzym dehydrogenaza glukozowa (GDH) FAD, metoda elektrochemiczna?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu nr 4. Czy Zamawiający dopuści systemu z funkcją wyrzutu testu paskowego dzięki czemu usuwanie paska z glukometru odbywa się w prosty i higieniczny sposób?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

**Dyrektor
SPZZOZ w Nisku**

Paweł Tofil

/podpisano elektronicznie/